

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-788
İstem No : 85127
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KONVEKS PROB, USG CİHAZI İÇİN, SAMSUNG, RS85 MODEL, SERİ NO:S1XQM3HRB00003L, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/21/5187	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ULTRASON Marka : SAMSUNG Model : RS85 Seri No: S1XQM3HRB00003L Demirbaş No: 253.3.5/21/5187	
RADYOLOJİ	Garantili	Bakım Sözleşmeli
	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]
Tarih: 16/02/2026		

Arıza Özeti :

Cihazda görüntü kaybı mevcuttur yapılan incelemelerde prob kristalleri deforme olmuştur tamiri mümkün olmadığı için yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

CA1-7A Model konveks prop Nucleus Kodu: S44710

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :

CA1-7A KONVEKS PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Prob SAMSUNG marka RS85 model ultrason cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Prob hasta temas kısmı esnek zarar vermeyecek silikon yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Prob kablosu kırılmalara ve kopmalara karşı esnek yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Prob yetkili firma tarafından en az 1(Bir) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- 5-Prob CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.


BURAK GÖSER
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu