

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-786
İstem No : 85130
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OKSİJEN BASINÇ REGÜLATÖRÜ, ANESTEZİ CİHAZI İÇİN, DRAGER, PRIMUS MODEL, SERİ NO:ASKJ-0211, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/17/5598	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ANESTEZİ CİHAZI	
AMELİYATHANE	Marka : DRAGER	
	Model : PRIMUS	
	Seri No: ASKJ-0211	
	Demirbaş No: 253.3.5/17/5598	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 16/02/2026	Var [] Yok [X]	Var [X] Yok []

Arıza Özeti :

Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerde basınç regülatörünün arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
Oksijen Basınç Regülatörü Nucleus Kodu: S44693

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Evren DEĞİRMENCI Bakım Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

OKSİJEN BASINÇ REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Regülatör DRAGER marka PRIMUS model anestezi cihazı için üretilen orijinal ürün olmalıdır.
- 2-Regülatör sistemden gelen 6 ile 4 bar aralığındaki basıncı 2 bar seviyesine indirme özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-Regülatör orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Regülatör cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 5-Regülatör en az 6(altı) ay firma garantisinde olmalıdır.

SURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu