

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-781  
İstem No : 85132  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : CERRAHİ ATACHMAN BAKIM VE ONARIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                 | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | BAKIM VE ONARIM, ATAÇMAN, MIDAS REX, AF02 MODEL, SERİ NO:P30516312 | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmenden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT: İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





|                                 |                                                     |           |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Arızayı Bildiren Bölüm          | Cihaz : 1 Adet attachman                            |           |                  |
| Beyin Cerrahi<br>Ameliyathanesi | Marka : Midas Rex Medtronic(Maidas)                 |           |                  |
|                                 | Model : Attachman-AF02                              |           |                  |
|                                 | Seri No: Attachman-P30516312                        |           |                  |
|                                 | Demirbaş No: sistem demirbaş numarası 253.3.5/15/70 |           |                  |
|                                 | Garantili                                           |           | Bakım Sözleşmeli |
| Tarih: 18/02/2026               | Var [ ]                                             | Yok [ X ] | Var [ ]          |
|                                 |                                                     |           | Yok [ X ]        |

Arıza Özeti : Attachman çalışmamaktadır. Arızasının ilgili firma tarafından tespit edilip onarılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Attachman bakım onarım nucleus Kodu: S44714

| Teknik Servis Personeli                                                                                                                                     | Birim Sorumlusu                                                                                                                                                   | Onay                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br>Selman ÜCAL<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Tekniker | <br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Nurettin DİNÇER<br>Biyomedikal Sorumlusu | Doç. Dr. Evren DEĞİRMENÇİ<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordinatör |

|            |  |
|------------|--|
| Açıklama : |  |
|------------|--|

## CERRAHİ ATACHMAN BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Onarımı yapacak firma, atachman için uyumlu parçaları kullanmalıdır.
- 2-Onarımı yapacak kişi CE(güvenlik) esaslarına uymalıdır.
- 3-Onarım sonrası en az 6(altı) ay servis garantisi olmalıdır.
- 4-Onarım yapıldıktan sonra cihaz denenip fatura kesimi sonra yapılacaktır.

  
**Selman ÖCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu