

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-787
İstem No : 85134
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : FLEXBLE BRONKOSKOP BAKIM VE ONARIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, GÖĞÜS CERRAHİ FLEXIBLE BRONKOSKOP, KARL STORZ, SERİ NO:2262932, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/14/23301	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmenden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : FLEXBLE BRONKOSKOP			
GÖĞÜS CERRAHİ AMELİYATHANESİ	Marka : KARL STORZ			
	Model : 11001BN4			
	Seri No: 2262932			
	Demirbaş No: 253.3.5/14/23301			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 16/02/2026	Var []	Yok [X]	Var []	Yok [X]

Arıza Özeti :Yapılan incelemede fiber kısmının arızalandığı tespit edilmiştir. İlgili firma tarafından arızasının tespit edilip onarılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

FLEXBLE BRONKOSKOB BAKIM ONARIM NUCLEUS KODU: S44703

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DINCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :

FLEXBLE BRONKOSKOP BAKIM ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Onarımı yapacak firma onarım orijinal yedek parçalar kullanmalıdır.
- 2-Bakım ve onarım işlemleri üretici firma teknik prosedürlerine uygun yapılacaktır.
- 3- Onarımı yapacak kişi CE(güvenlik) esaslarına uymalıdır.
- 4-Bronkoskop onarımında kullanılan parçalar en az 6(altı) garanti kapsamında olmalıdır.
- 5- Onarım yapıldıktan sonra cihaz denenip fatura kesimi sonra yapılacaktır.
- 6-Onarımı yapılan cihazın kaçak ve basınç kontrolleri gerekli olan kalibratörlerle yapıp belgelendirilerek cihazla birlikte ibraz edilmelidir.


Selman ÖCAL
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Vaksin Üniversitesi Hastanesi
İsmet DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu