

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-785  
İstem No : 85136  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : AMELİYATHANE MASASININ BAKIM VE ONARIMI

KD

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                                                                                | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | BAKIM VE ONARIM, GENEL CERRAHİ AMELİYAT MASASI, BIÇAKÇILAR, SURGİLİNE 3000 MODEL, SERİ NO:303(2021-12), DEMİRBAŞ NO:255.1.5/22/28 | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT: İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU




|                               |                            |                  |           |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| Arızayı Bildiren Bölüm        | Cihaz : AMELİYAT MASASI    |                  |           |
| GENEL CERRAHİ<br>AMELİYATHANE | Marka : BIÇAKÇILAR         |                  |           |
|                               | Model : SURGİLİNE 3000     |                  |           |
|                               | Seri No: 303(2021-12)      |                  |           |
|                               | Demirbaş No: 255.1.5/22/28 |                  |           |
|                               | Garantili                  | Bakım Sözleşmeli |           |
| Tarih: 16/02/2026             | Var [ ]                    | Yok [ X ]        | Var [ ]   |
|                               |                            |                  | Yok [ X ] |

Arıza Özeti : MASA ÇALIŞMAMAKTADIR. VAKA SIRASINDA İHTİYAÇ GEREKTİREN POZİSYONLARI VERMEMEKTEDİR. İLGİLİ FİRMASI TARAFINDAN ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI GEREKMEKTEDİR.

Gerekli Yedek Parçalar:

GENEL CERRAHİ MASA BAKIM ONARIM NUCLEUS KODU:S44689

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik Servis Personeli                                                                                                                                     | Birim Sorumlusu                                                                                                                                                  | Onay                                                                                                                                                               |
| <br>Selman ÖCAL<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Tekniker | <br>Nurettin DİNCER<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Sorumlusu | <br>Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordinator |

|            |  |
|------------|--|
| Açıklama : |  |
|------------|--|

### AMELİYAT.MASASI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Onarımı yapacak firma, ameliyat masası için üretilen orijinal yedek parçaları kullanmalıdır.
- 2-Onarımı yapacak kişi CE(güvenlik) esaslarına uymalıdır.
- 3-Onarımı yapacak firma işlem sonrası en az 6(altı) ay garanti sunmalıdır.
- 4-Onarım yapıldıktan sonra cihaz denenip fatura kesimi sonra yapılacaktır.
- 5-Onarımı yapacak olan firma arıza tespitine ve onarımı yerinde yapmalıdır.

  
**Selman ÖCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu