



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
FİYAT ARAŞTIRMASI (ÖZEL BÜTÇE ALIMI)

MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Yetkilisince, fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince aşağıda cinsi ve nev'i belirtilen malzemelerin K.D.V. Hariç bildirilmesi rica olunur.

Komisyon Başkanı
Prof Dr.Mesut TEK
Öğretim Üyesi

TALEP NO: 9-78850

KONU : MEÜ.HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE; GÖZLÜK DENEME ÇERÇEVESİ , ALIMI

Sıra No:	SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	BİRİM FİYATI K.D.V. HARIÇ	TOPLAM FİYAT K.D.V. HARIÇ	UBB KODU
						MARKA
1	GÖZLÜK DENEME ÇERÇEVESİ	ADET	12			

TESLİMAT SÜRESİ:

AD SOYAD / FİRMA KAŞE İMZA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (ÖZEL BÜTÇE)

<https://https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> İnternet adresinde yayınlanmıştır.

Ekteki şartnameye uygun olmalıdır.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ÖDEME SÜRESİ 30 GÜNDÜR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!! MARKA VE UBB KODU YAZILMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.!!!

KDV HARIÇ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 11/02/2025 10:00

MEÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 34. CADDE MERSİN

TEL: 0 324 241 00 00 DAHİLİ: 22599

FAX: 0 324 241 00 55

ÖZEL BÜTÇE e-mail: hastane3333@gmail.com

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Vergi Numarası	
T.C. Kimlik Numarası	
Firmanın Adı	
Adresi	
Telefon ve Faks Numarası	
E-Posta	

Not: Teklif veren firma bilgileri alanının doldurulması zorunludur.

GÖZLÜK DENEME ÇERÇEVESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çerçeve tam daire tipte olmalıdır.
2. Çerçevenin lens kapasitesi sağ göz için 5, sol göz için 5, toplam 10 adet olmalıdır.
3. Çerçevenin pupil distance aralığı isteğe göre ayarlanabilmelidir.
4. Çerçeve kaliteli metalden imal edilmiş olup, hafif, dayanıklı ve kullanışlı olmalıdır.
5. Çerçevenin burun desteği ve hastayı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. Burun desteğininse plastik ve burunu acıtmayacak şekilde olmalıdır.
6. Çerçevenin kolları uzunluğu ayarlanabilmelidir.
7. Çerçeve üzerinde lens axis'inin ölçüsünü gösteren scala olmalıdır. Lens'in axis'i 0 ila 180 derece arasında olmalıdır.
8. Çerçevenin ağırlığı 55 gr geçmemelidir.
9. Cihaz orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Erdem DİNÇ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tes. No: 97316

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
AEBU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dip. Tes. No: 97316