

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/02/2025

İlan No : 2025-02-553
İstem No : 79143
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : OKSİJEN TÜPÜ TERAPİ CİHAZI VE JACK ATIK GAZ ALIMI

FB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OKSİJEN TÜPÜ TERAPİ CİHAZI	50	Adet					
2	JACK, ATIK GAZ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AGS JAKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) AĖS venturi tip 2 olacak
- 2) 1 adet olacak
- 3) Krom kaplı olacak.
- 4) TSE standartlarına uygun olacak.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŐEREN

Ö. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri

OKSİJEN TÜPÜ TERAPİ CİHAZI (TÜPE BAĞLANABİLEN REGÜLATÖRLÜ FLOWMETRE)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Regülatörün tüpe bağlantı somunu, 3/4G'' DIN dış yapısında olmalıdır.
- 2) Regülatörün Giriş Basıncı, 200 kg/cm2 olmalıdır.
- 3) Regülatör basınç göstergesi Ø 40 mm ve ölçü aralığı, 0-315 bar olmalıdır.
- 4) Çıkış Basıncı 4-10 bar arası linear ayar yapılabilir olmalıdır.
- 5) Tüp giriş kısmı filtrelidir olmalıdır.
- 6) Skala 0-17 lpm aralığında 1 lpm artışlı olmalıdır.
- 7) Skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 8) Flowmetre gövde ve tüm bağlantı elemanları MS58 pirinç malzemeden, mamül krom kaplı olmalıdır.
- 9) Nemlendirici şişe bağlantı kapağı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 10) Nemlendirici şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden yapılmış ve 200 cc olmalıdır.
- 11) Nemlendirici şişesi içerisinde bulunan şişe contası kesinlikle çıkmayacak şekilde dizayn edilmeli.
- 12) Nemlendirme şişesi içindeki nemlendirme çubuğu alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 13) Flowmetre +134°C sterilizasyonda otoklava dayanıklı olmalıdır.
- 14) Ayar düğmesi üzerinde O₂ etiketi olmalıdır.
- 15) İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma taahhüdünü yazılı olarak beyan etmelidir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Formülüsü
Kazım ŞEREN

ÖMURSİN TOROSLU
Makina Teknikeri